



総数2頁のうち2頁

No. 00000000

見本

(例) 直尺シルバー60cm

校正結果

製品名 : 直尺 シルバー 60cm 赤数字入 JIS

器物番号 : 0000

校正日 : YYYY年MM月DD日

検査結果:

検査項目	測定箇所(mm)	許容差(mm)	器差(mm)	
			上段	下段
長さ	0 ~ 1	±0.10		
	0 ~ 600	±0.20		

※ 判定: ○○

備考 (1) 常温測定による。

(2) 許容差はJIS規格(JIS B 7516 1級)による。

(3) 器差は実測値を標準温度(20℃)に補正した値から測定箇所の値を減じた値である。